

## Контроллер для лиофильной сушилki LioV1.5

Автор: Administrator  
08.07.2015 15:40 -

---

Программное обеспечение для версии контроллера V1.5 содержит следующие изменения:

Нагрев полки обеспечивается системой управления, что индицируется сообщением "Ctrl" в правом нижнем углу дисплея. Т.е. система управления включена постоянно, но реально поддержание заданной температуры осуществляется только при условии, когда температура сублимата ниже  $-35^{\circ}\text{C}$ .